



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Couriers / Messagerie J8X 4A6

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Moisture and Ash Analyser | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 47419-208517/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 1000348517 | Date 2020-01-10 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-960-78151 | |
| File No. - N° de dossier pv960.47419-208517 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-15 | Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: O'Gorman, Cindy | Buyer Id - Id de l'acheteur pv960 |
| Telephone No. - N° de téléphone (819) 712-1748 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Amendment 002 has been raised to publish all answers to questions received to-date and to extend the Solicitation closing date from January 13, 2020 to January 15, 2020 at 14:00 EST.

A. QUESTION AND ANSWER

- Q2.** Part 2, M1: Will you accept 212 lb (96.1 kg)?
- A2.** No. We have limited space in the lab and the countertop where the new instrument will be located cannot exceed 150lbs since other heavy equipment are already located on it.
- Q3.** Part 2, M2: Will you accept 230 V, 60 Hz?
- A3.** No. We already have many instruments in the Lab, taking lots of energy. We are already close to the limits for electrical use that can be permitted in the building. We have limited space and limited number of free outlets. The outlet that has been dedicated for the new instrument must be 120V/60Hz.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST
FOR PROPOSAL REMAIN UNCHANGED.**