



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Couriers / Messagerie J8X 4A6

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Système d'analyse humidité & cendres	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47419-208517/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 1000348517	Date 2020-01-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-960-78151	
File No. - N° de dossier pv960.47419-208517	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-15	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: O'Gorman, Cindy	Buyer Id - Id de l'acheteur pv960
Telephone No. - N° de téléphone (819) 712-1748 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no 002 est émise afin de publier les réponses aux questions reçues en date et afin de prolonger la date de clôture de la Demande de proposition (DP) du 13 janvier 2020 au 15 janvier 2020 à 14h00 HNE.

A. QUESTION ET RÉPONSE

- Q2.** Partie 2, M1 : Accepteriez-vous 212 lb (96,1 kg) ?
- R2.** Non. Nous avons un espace limité dans le laboratoire et le comptoir où le nouvel instrument sera situé ne peut pas dépasser 150 lb car d'autres équipements lourds y sont déjà installés.
- Q3.** Partie 2, M2 : Accepteriez-vous 230 V, 60 Hz ?
- R3.** Non. Nous avons déjà de nombreux instruments dans le laboratoire, qui prennent beaucoup d'énergie. Nous sommes déjà proches des limites d'utilisation électrique qui peuvent être autorisées dans le bâtiment. Nous avons un espace limité et un nombre limité de prises de courant. La prise de courant dédiée au nouvel instrument doit être 120V / 60Hz.

TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉS.