



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
→ TPSGC
10th Floor, 4900 Yonge Street /
10e étage, 4900 rue Yonge
Toronto
Ontario
M2N 6A6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Pwr Gen Efficiency Evaluation Systm | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 23584-200546/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 23584-200546 | Date 2020-01-20 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-024-7864 | |
| File No. - N° de dossier TOR-9-42092 (024) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-27 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brewster, Shannon | Buyer Id - Id de l'acheteur tor024 |
| Telephone No. - N° de téléphone (647) 273-1369 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

MODIFICATION N° 002 À L'INVITATION À SOUMISSIONNER

La présente modification n° 002 à l'invitation à soumissionner vise à :

- 1) Publier les questions reçues relativement à l'invitation à soumissionner et les réponses fournies;
- 2) Modifier l'invitation.

- 1) Voici la question reçue et la réponse fournie :

QUESTION 1 :

Dans l'annexe A, à la section 3.3, Exigences techniques et fonctionnelles relatives à l'équipement, on peut lire ceci au paragraphe k) : « Le système doit atteindre une pression de base supérieure à 3×10^{-6} torrs ». Accepteriez-vous une pression de base de 9×10^{-2} Pa après avoir pompé pendant une heure?

RÉPONSE 1 :

Le client a revu sa position sur cette question et a décidé d'accepter une pression de base de 9×10^{-2} Pa.

- 2) Modification à l'invitation à soumissionner :

2a. Dans l'annexe A de l'invitation, à la section **Énoncé des travaux** :

Supprimer : Le paragraphe 3.3 k) complètement et

Ajouter : k) Le système doit atteindre une pression de base supérieure à 9×10^{-2} Pa.
1 Pa = 0,0075 Torr.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.