



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

Title - Sujet HTRF Plate Reader	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7714-207318/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W7714-207318	Date 2020-01-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-024-11766	
File No. - N° de dossier EDM-9-42187 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-06	Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tiet, Anthony	Buyer Id - Id de l'acheteur edm024
Telephone No. - N° de téléphone (587) 926-1376 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001 a été faite pour répondre aux questions suivantes et pour effectuer les modifications suivantes :

DATE DE FERMETURE RÉVISÉE

14h00 HNR le 2020-02-06

- Question 1 :** À l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 1, accepterez-vous un filtre pour émissions de 616 nm en tant que filtre HTRF?
- Réponse 1 :** Oui, l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 1 a été modifiée.
- Question 2 :** À l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 1, nous offrons un lecteur de microplaques à HTRF à performance HTRF (monochromateur) (numérisation). Cette méthode offre plus de souplesse pour la HTRF qu'un système à filtre, car n'importe quelle combinaison nm peut être ajoutée plutôt que d'être restreinte par des ensembles de filtres, et offre un rendement plus élevé que la technologie à filtre. Le système offert a des filtres à arrêt automatique intégrés pour réduire les fuites avec des déplacements de stoke étroits. Pourriez-vous confirmer que cela est acceptable?
- Réponse 2 :** Oui, l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 1 a été modifiée.
- Question 3 :** À l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 3, veuillez dire si des GLP/GMP sont nécessaires?
- Réponse 3 :** Un logiciel contenant des mesures conformes aux GLP est nécessaire; la combinaison GLP-GMP est acceptable.
- Question 4 :** À l'annexe « B », Matrice de conformité – Spécifications de rendement minimales obligatoires, article 3, veuillez dire si des GLP/SMP sont nécessaires?
- Réponse 4 :** Un logiciel contenant des mesures conformes aux GLP est nécessaire; la combinaison GLP-SMP est acceptable.

En vertu **MATRICE DE CONFORMITÉ – SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT MINIMALES OBLIGATOIRES** (Page 15 of – de 17) :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSÉRER :

Besoin :	Fabricant(s) proposé(s) :	Numéro(s) de modèle offert(s) :
Lecteur de microplaques à fluorescence homogène en temps différé (HTRF)		

Article	Spécification de rendement	État (O) Obligatoire (S) Souhaitable*	Spécification respectée? Indiquer « Oui » ou « Non »	Spécification de rendement proposée : Le soumissionnaire doit indiquer ici comment il respecte la spécification de rendement.	Renvoi : Le soumissionnaire doit indiquer ici à quel endroit se trouve la spécification de rendement dans les documents à l'appui.
1	Lecture par le haut de la HTRF avec capacité d'excitation à 340 nm et émission à 616 nm ou 620 nm et 665 nm.	O			
2	Capacité de lecture par le haut et par le bas de l'absorbance et de la fluorescence, soit par un monochromateur soit en combinaison avec des ensembles de filtres, et une trousse supplémentaire de lecture de la luminescence. Les modes de détection doivent inclure l'intensité de fluorescence /FRET, la luminescence, la luminescence filtrée et la polarisation de fluorescence.	O			
3	Logiciel contenant des mesures de conservation des données conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (le logiciel doit être conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11).	O			

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES