



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet AED	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-207568/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-207568	Date 2020-02-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-956-78451	
File No. - N° de dossier pv956.31184-207568	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-03-23	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31184-207568
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31184-207568

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pv956. 31184-207568

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv956
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 001 is raised to answer bidder questions:

Question 1:

Mandatory Requirement: "1 x cartridge that combines battery and electrode pads for the AED".

Would a battery and electrode that have matching expiry dates, but not in one combined cartridge be an acceptable alternative?

Answer 1:

We do want the AED to have the battery pack and electrodes as a combo pack, for ease of replacement and tracking. No changes are to be made.

Question 2:

AED Unit: "The AED must have a minimum of a ten (10) year warranty."

We are requesting that this be changed to eight years or less.

Answer 2:

The AED unit can have an 8 year warranty, nothing lower.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED