



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet AED	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-207568/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-207568	Date 2020-03-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-956-78451	
File No. - N° de dossier pv956.31184-207568	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-03-23	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31184-207568
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31184-207568

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pv956. 31184-207568

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv956
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 002 is raised to answer bidder questions:

1. Would you accept a system that offers independent battery and pads (allowing a longer battery lifetime)?

Answer: We want the AED to have the battery pack and electrodes as a combo pack, for ease of replacement and tracking. No changes are to be made.

2. Our storage conditions are:
 - -5...40 °C with the battery inserted and incl. electrodes at a relative humidity of 0 to 95% (no condensation) but resulting in a reduced battery life;
 - Optimal conditions: 15... 25 °C to ensure maximum battery life.Would that be acceptable?

Answer: We will accept storage range from 0 °C to 30 °C.

3. Battery shelf life is 6 years and pads shelf life is 2 years, is that acceptable?

Answer: No

4. Is there any flexibility on language? Units which have the batteries and pads together in combo pack are not bilingual units, they can only be delivered in English or French. Would it meet your needs to provide a portion of the units in English and another portion in French?

Answer: Yes, the number of units in each language will be determined at a later date

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED