



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet AED	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-207568/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-207568	Date 2020-03-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-956-78451	
File No. - N° de dossier pv956.31184-207568	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-04-06	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31184-207568
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31184-207568

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
pv956. 31184-207568

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv956
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 005 is raised to answer bidder questions:

Q1. Under "Mandatory Requirements:" on page 14 section -Environment Specifications, they requirement mentioned here is "The AED must comply with IP55 Standard of Particle or equivalent (IP-55 Standard Particle, First 5L Protection against dust; some ingress allowed. Section 5: Protection against low pressure water jets in all directions, limited ingress permitted)."

Would this or is this a minimal requirement because the industry has a higher certification called " P56 Rating: Highest among leading AEDs for protection against dust and water ingress" would that certification be ok?

I will accept IP-55 rating as a minimal requirement.

Q2. On page 14 section -Environment Specifications, they requirement mentioned here is "The AED must be capable of a storage temperature range of -10C to 30°C, with electrodes and battery."

Would Operating/Standby temperature: 0oC to 50oC be acceptable?

The AED must be capable of a storage temperature range of 0C to 30°C, with electrodes and battery.

Q3. On page 14 section - AED Specific Technical Requirements requirement is "The AED must have a charge time of less than 10 seconds in a fully charged battery state. " is that Charge time (typical):150J.

Yes, it is at 150J.

Q4. I am completing the bid for AEDs and have a quick question: Do the AEDs will need to be used for children or adults only? The reason is that some AEDs come equipped only with adult pads, so needing to add the extra pediatric pads to complete the package.

These AEDs will be for adult use.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED