



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Filtre Circulaire Variable	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-207263/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-207263	Date 2020-05-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-036-17895	
File No. - N° de dossier QCN-9-42245 (036)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-05-21	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carbonneau, Julie	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn036
Telephone No. - N° de téléphone (418) 929-6780 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W7701-207263/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W7701-207263

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
QCN-9-42245

Id de l'acheteur - Buyer ID
QCN036
N° CCC / CCC No. / N° VME - FMS

TITRE : Filtre Circulaire Variable à Densité Neutre

AMENDEMENT 001 : QUESTION 1

AMENDEMENT 002 : QUESTION 2

AMENDEMENT 003 : QUESTIONS 3 ET 4 ET CHANGEMENT DE LA DATE DE FIN DE L'INVITATION

Prolonger la date de fermeture de l'invitation :

**La date de fin de l'invitation est changée pour le :
21 MAI 2020: 14:00 HAE**

En raison de l'épidémie de COVID-19 en cours qui continue d'évoluer, l'unité de réception des soumissions de la région du Québec reste ouverte, mais selon un horaire réduit soit le jeudi de 10 h à 14 h (heure de l'Est). La santé et la sécurité du personnel et des fournisseurs restent notre priorité absolue. À ce titre, des mesures sont prises sur place pour encourager la distanciation sociale.

Répondre aux questions de l'industrie.

Demande de renseignements – en période de soumission – Clause # 2.3

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux soumissionnaires, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les soumissionnaires qui auront reçu la demande de soumissions, sans que le nom de l'auteur des demandes de renseignements soit mentionné.

Voici les questions que nous avons reçues :

QUESTION-3

Est-ce que le secteur revêtu est linéaire?

RÉPONSE-3

Le revêtement doit être appliqué selon une fonction logarithmique afin d'assurer une bonne résolution angulaire sur les hautes plages d'atténuation.

QUESTION-4

On demande un revêtement Antireflet sur les deux faces, mécaniquement, il serait plus facile et moins coûteux de faire un revêtement AR sur le dos seulement, puis de revêtir le revêtement filtrant à densité neutre sur la face avant. Est-ce que cela serait acceptable ?

RÉPONSE-4

Oui, cela est acceptable.

****TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS****