



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Pacific Region

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
219 - 800 Burrard Street
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

Title - Sujet Potentiostats	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31019-208280/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 31019-208280	Date 2020-05-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VAN-524-8770	
File No. - N° de dossier VAN-9-42257 (524)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-05-29	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Yamamoto, Albert	Buyer Id - Id de l'acheteur van524
Telephone No. - N° de téléphone (604) 562-8773 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Sollicitation No. - N° de l'invitation
31019-208280/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client
31019-208280

Amd. No. - N° de la modif.
003

File No. - N° du dossier
VAN-9-42257

Buyer ID - Id de l'acheteur
VAN524

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Ce document est publié afin de mettre à jour l'annexe A et le formulaire B.

ANNEXE A — ÉNONCÉ DES BESOINS

Potentiostats

Équipement — Spécifications obligatoires

Les exigences applicables aux potentiostats sont les suivantes :

Supprimer:

A2. Plage minimale pour le potentiel et le courant de **± 14 V** et **± 1 A** ou **± 6 V** et **± 5 A**.

Insérer:

A2. Plage minimale pour le potentiel et le courant de **± 12 V** et **± 1 A** ou **± 6 V** et **± 5 A**.

FORMULAIRE B : Formulaire d'attestation de la conformité technique

A. Potentiostats — CRITÈRES OBLIGATOIRES

NO: A2.

Supprimer:

Les potentiostats doivent avoir une plage minimale pour le potentiel et le courant de **± 14 V** et **± 1 A** ou **± 6 V** et **± 5 A**.

Insérer :

Les potentiostats doivent avoir une plage minimale pour le potentiel et le courant de **± 12 V** et **± 1 A** ou **± 6 V** et **± 5 A**.