



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Vibration Test System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W1985-201685/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W1985-201685	Date 2020-06-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-170-15749	
File No. - N° de dossier MTA-9-42296 (170)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-29	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cimpan, Cristina	Buyer Id - Id de l'acheteur mta170
Telephone No. - N° de téléphone (514) 604-3855 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W1985-201685/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W1985-20-1685

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
MTA-9-42296

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTA170
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 001

This amendment aims to publish questions and answers.

Q1 : Would you please clarify if head expander is required for this system or not? Shall we include it in our offer?

A1 : Yes, the head expander is required, and you must include it in your offer.

Q2 : With reference to Annex A, item 2.1.6, would you please confirm If “shock 135 IPS” is also accepted? There is not much difference between 135 IPS and 140 IPS.

A2 : No. Minimum of 140 IPS and more will be accepted.

Q3 : With reference to Annex A item 5, training, would you please confirm if training in English is also accepted?

A3 : No, not just in English. An English speaking instructor with a French speaking assistant would be accepted.

All other terms and conditions remain unchanged.