



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Fluid Extractor	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01E91-210094/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01E91-210094	Date 2020-08-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-950-8100	
File No. - N° de dossier KIN-0-54024 (950)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fraser, Alexa	Buyer Id - Id de l'acheteur kin950
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4392 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Guelph Research and Development Centre 93 Stone Road West Guelph, ON N1G 5C9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

The purpose of this amendment is to provide responses to Bidder's questions and to revise the Requirement.

Q1. What are the total number of extraction vessels (1, 2, or 3)?

R1. The unit must come with three (3) extraction vessels and allow for operation of either one or two vessels at the same time.

Refer: Annex "A" Requirement, Mandatory Technical Specifications

Insert: Must include three (3) extraction vessels (10 mL, 100 mL and 300 mL).

Q2. What is the volume of each extraction vessel?

R2. The extraction vessels must be 10 mL, 100 mL and 300 mL.

Refer: Annex "A" Requirement, Mandatory Technical Specifications

Delete: Must have extraction vessels size from 50 mL to 2 L.

Insert: Must have extraction vessels sizes of 10 mL, 100 mL and 300 mL.

Q3. What is the desired CO2 flow rate (kg/min)?

R3. CO2 flow rate must be 0.005kg/min to 0.05kg/min.

Refer: Annex "A" Requirement, Mandatory Technical Specifications

Insert: Must have a CO2 Flow Rate of 0.005kg/min to 0.05kg/min.

Q4. What is the mass of materials being processed?

R4. The mass of material processed ranges from 0.05kg to 0.5kg.

Q5. What is the Bulk Density (kg/liter)?

R5. The Bulk Density is dependent on the processing pressure and temperature. There is no specific requirement.

Q6. What is the solvent to feed ratio (X:1)?

R6. In this case there is no specific requirement, normally from 10% to 40%.

Q7. What is the desired cycle time (minutes)?

Solicitation No. - N° de l'invitation
01E91-210094/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01E91-21-0094

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
KIN-0-54024

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN950
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

R7. In this case there is no specific requirement, normally extraction times from 20 to 90 minutes, depending on the products.
