

Les Questions et Réponses du Fournisseur

- 1) Les dimensions finales des produits emballés sont plus petites que celles des produits à emballer. Emballage fini : 3,5 po de larg. x 8,5 po de long. Dimensions du masque chirurgical : 3,74 po de larg. x 6,89 po de long. Des problèmes peuvent survenir du fait que le masque et la feuille d'instruction se gondolent et ne restent pas à plat dans le sac en plastique. Les masques ne peuvent pas être insérés entre les plis des feuilles de manière à rester à plat et à être protégés pendant le processus d'emballage. Ils pourraient donc être endommagés, ce qui les rendrait inutilisables. Les machines d'emballage risquent également d'être endommagées si le produit se loge dans le système, ce qui entraînerait des retards coûteux dans la production des produits finis. Les dimensions de l'emballage fini peuvent-elles être fixées à 4,0 po de larg. x 9,0 po de long.?

Non, les dimensions indiquées dans la demande de propositions (DP) sont celles qui sont actuellement utilisées et le Canada ne souhaite pas les modifier.

- 2) Où la livraison est-elle prévue et qui assume les coûts liés à la livraison des commandes complètes? (Annexe A 3.5)

Le Canada assumera les coûts liés à la livraison des troussees complètes à divers endroits au Canada.

- 3) Est-il possible d'obtenir une photo de l'emballage final?

Oui, veuillez vous reporter au document Questions et réponses du fournisseur n° 1.

- 4) Est-il possible d'obtenir un échantillon de l'emballage final?

Non, mais une photo d'un des emballages finaux actuellement utilisés a été fournie. Veuillez vous reporter au document Questions et réponses du fournisseur n° 1.

- 5) Est-il possible d'obtenir une description plus détaillée des tâches?

Voir le paragraphe 3 de l'annexe A pour tous les détails concernant les tâches exigées.

- 6) Les dimensions des boîtes d'expédition ne comprennent pas la mesure d'un des côtés. Les dimensions sont 20 x 20 po, mais la hauteur n'est pas indiquée. Serait-il possible d'obtenir les mesures comme suit : longueur (long.) x largeur (larg.) x hauteur (haut.)? (Annexe A 3.5)

20 x 20 x 20

- 7) Souhaitez-vous que les boîtes d'expéditions ou que les masques emballés individuellement comportent un numéro de lot? Souhaitez-vous un système de traçabilité?

Non aux deux questions.

- 8) Existe-t-il des exigences particulières pour les masques chirurgicaux par rapport aux masques non chirurgicaux? Faut-il une désinfection localisée? (Annexe A 3.2)

Le Canada fournira les masques. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être désinfectés, mais doivent être manipulés en respectant des méthodes sanitaires.

- 9) D'après ce que j'ai compris, une fois le contrat attribué, nous avons jusqu'à trois semaines pour mettre en place le système de production (MT1) et nous avons jusqu'à trois semaines pour préparer et expédier au moins 100 000 trousse de masque (MT2). Est-ce exact?

Oui.

- 10) De combien de trousse de masque avez-vous besoin au total? Faut-il arrêter la production une fois un certain nombre de trousse atteint et la reprendre lorsque le nombre de trousse est inférieur à un certain seuil? Si tel est le cas, quelle est la quantité minimale pour chaque lot de livraison?

Jusqu'à un million de trousse de masque pourraient être nécessaires. Il n'y aura pas de quantité minimale par lot de livraison. Les quantités requises seront déterminées par le Canada en fonction des besoins.

- 11) L'entrepreneur devra-t-il assumer les frais d'expédition pour la livraison des produits finis? Si oui, quelle est l'adresse d'expédition?

Le Canada assumera les frais d'expédition pour la livraison des produits finis. Les adresses seront situées à différents endroits au Canada.

- 12) À l'article 2.2. (Objectifs du besoin) de l'ANNEXE « A », ÉNONCÉ DES TRAVAUX, il est indiqué que « Des masques non médicaux déjà achetés par l'ASPC seront fournis à l'entrepreneur, ainsi que le PDF électronique des illustrations et insérés dans le cadre du processus d'emballage ». Pouvons-nous télécharger les illustrations électroniques en format PDF (fournies par l'ASPC) avant la publication de l'avis d'ATTRIBUTION à partir du site Web de l'ASPC ou à partir de toute autre source qui possède déjà ces illustrations OU les illustrations seront-elles uniquement transmises à l'entrepreneur auquel le contrat aura été attribué?

Oui, une version PDF des illustrations a été fournie. Veuillez vous reporter au document Questions et réponses du fournisseur n° 1.

- 13) Les articles peuvent-ils être emballés dans une pellicule de polyoléfine au lieu d'une pellicule de polypropylène ou de polyéthylène?

Non, l'exigence de la DP précise qu'il faut une pellicule de polypropylène ou de polyéthylène de 1 mil.

- 14) Comment les masques arrivent-ils? En vrac? En boîtes de 50 ou autres? Emballés individuellement?

La quantité habituelle par contenant de masques est de 6 boîtes de 50 masques chacune (non emballées individuellement), mais cela peut varier en fonction de la provenance des masques.

15) Le paragraphe 3.3 indique qu'il faut envelopper chaque masque dans une feuille pliée. Ces feuilles nous parviendront-elles déjà imprimées et prépliées? Que devons-nous faire exactement avec le masque, devons-nous l'insérer dans un des plis de la feuille?

Non, l'impression et le pliage doivent être effectués par l'entrepreneur. Oui, il faut envelopper le masque dans une feuille pliée.

16) Quel type d'emballage en plastique recherchez-vous ? L'emballage rétrécissable sera trop léger pour ce produit. Nous pourrions placer celui-ci dans un sac transparent et sceller le dessus du sac avec une soudeuse thermique en continu, ou le placer dans un sac transparent avec un sceau autocollant. Veuillez nous faire part de toute préférence que vous ou votre client pourriez avoir.

Nous n'avons aucune préférence quant à la manière dont chaque paquet est scellé, pour autant que chaque paquet soit scellé, qu'il montre clairement le texte de la feuille d'instruction et qu'il n'endommage pas le masque qu'il contient. Idéalement, il convient de choisir la méthode la plus rentable.

17) Le masque ET la feuille d'instructions pliée de 8,5 x 11 sont-ils tous deux insérés dans la pellicule d'emballage OU le masque est-il inséré dans la pellicule d'emballage, puis placé dans la feuille d'instructions pliée?

Le masque ET la feuille d'instruction pliée de 8,5 x 11 doivent être insérés dans la pellicule d'emballage.