



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet extracteur de fluide supercritique	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01E91-210094/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 01E91-210094	Date 2020-08-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-950-8100	
File No. - N° de dossier KIN-0-54024 (950)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fraser, Alexa	Buyer Id - Id de l'acheteur kin950
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4392 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Guelph Research and Development Centre 93 Stone Road West Guelph, ON N1G 5C9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification vise à fournir des réponses aux questions du soumissionnaire et à réviser le Besoin.

Question 1. À l'Annexe A, on indique une gamme de puissance de 20 V c. a, ce qui est inexact. Veuillez préciser si la tension doit être de 120 V c.a. ou de 220 V c.a.?

Réponse 1. L'appareil doit avoir une puissance de 120 V c.a. et de 20 A.

Référence : Exigence de l'Annexe A, Électrique

Supprimer : Dans son entièreté;

Insérer : L'appareil doit avoir une puissance maximale de 120 V c.a. et de 20 A.

Question 2. Quel est le cosolvant?

Réponse 2. Éthanol de qualité alimentaire, eau distillée, huile comestible

Question 3 Le système doit-il être muni d'un système

Réponse 3 Veuillez fournir un système en circuit ouvert.

Référence : Exigence de l'Annexe A, Spécifications techniques obligatoires

Insérer : Doit être doté d'un système en circuit ouvert.

Question 4 On demande que le système soit un appareil de comptoir. Est-ce absolument nécessaire? Pourriez-vous considérer également un système autonome?

Réponse 4. En raison de l'espace limité, et pour remplacer l'appareil précédent, il nous faut bel et bien un appareil de comptoir plutôt qu'un système autonome.
