



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Fluid Extractor	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01E91-210094/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 01E91-210094	Date 2020-08-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-950-8100	
File No. - N° de dossier KIN-0-54024 (950)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fraser, Alexa	Buyer Id - Id de l'acheteur kin950
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4392 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Guelph Research and Development Centre 93 Stone Road West Guelph, ON N1G 5C9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

The purpose of this amendment is to provide responses to Bidder's questions and to revise the Requirement.

Q1. In Annex A, there is a range for power supply 20VAC which is not appropriate. Please clarify if the voltage is 120 VAC OR 220 VAC?

R1. Power must be 120 VAC and 20 amps.

Refer: Annex "A" Requirement, Electrical

Delete: In its entirety;

Insert: Maximum power supply of 120 VAC and 20 amps

Q2. What is the cosolvent?

R2. Food grade ethanol, distilled water, edible oil
.

Q3. Do you need the system to be open or closed loop?

R3. Please provide an open loop system

Refer: Annex "A" Requirement, Mandatory Technical Specifications

Insert: Must have an open loop system

Q4. It is requested the system be a bench top model. Is it absolutely necessary? May you consider standalone systems too?

R4. Due to the limited space, and replace the old one, we must have a bench top instead standalone system.
