



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Spray Dryer | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 01E91-210093/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 01E91-21-0093 | Date 2020-09-01 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-950-8095 | |
| File No. - N° de dossier KIN-0-54023 (950) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-16 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fraser, Alexa | Buyer Id - Id de l'acheteur kin950 |
| Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-4392 () | FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Guelph Research and Development Centre 93 Stone Road West Guelph, ON N1G 5C9 | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
01E91-210093/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01E91-21-0093

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
KIN-0-54023

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN950
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 002 à l'invitation 01E91-210093/A – Séchoir atomiseur

La présente modification vise à réviser certaines parties de la demande de proposition.

Q1 : Pourriez-vous clarifier les mesures pour la hauteur du séchoir atomiseur?

R1 : La hauteur du séchoir atomiseur ne doit pas excéder 120 cm (1 200 mm)

Voir : **Annexe A Besoin, Spécifications obligatoires**

Supprimer : 1.6 Les dimensions du séchoir atomiseur ne doivent pas être supérieures à 70 cm x 70 cm x 1150 cm (largeur x profondeur x hauteur).

Insérer : 1.6 Les dimensions du séchoir atomiseur ne doivent pas être supérieures à 70 cm x 70 cm x 120 cm (largeur x profondeur x hauteur).
