



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Steam Autoclave Unit	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01E86-210137/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 01E86-210137	Date 2020-09-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-899-78983	
File No. - N° de dossier pv899.01E86-210137	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-04	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Van Den Hanenberg, Stephen	Buyer Id - Id de l'acheteur pv899
Telephone No. - N° de téléphone (343) 540-8371 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
01E86-210137/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01E86-210137

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
pv899.01E86-210137

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv899
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003 has been raised to answer questions from the industry.

- Q1. Please indicate the acceptable temperature and/or pressure of your sterilization cycle, as this particular is normally specific to the application, whose detail is not specified in the tender.
- A1. Autoclave pressure (18-20 PSI) when the temperature reaches 121 °C. than the sterilization process starts for the selected time, followed by a depressurization step.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST FOR PROPOSAL
REMAIN UNCHANGED**