



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet Instrument d'analyse chimique	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7714-207325/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client W7714-207325	Date 2020-09-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-136-7078	
File No. - N° de dossier CAL-9-42119 (136)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-15	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hemy, Andrew	Buyer Id - Id de l'acheteur cal136
Telephone No. - N° de téléphone (403) 463-6589 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Defence R&D Canada Suffield Bldg 560 Receiving 560 Mount Sorrell Road Ralston AB T0J 2N0 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment No. 006 is being raised to answer the following questions:

Questions:

- Q1. What does the response to Q5 of amendment 004 exactly mean? Is Canada asking for 4 separate injection devices (3 gas injection and 1 liquid injection), with 4 detectors? This application will require temperature ramp, so again the response to Q3 further makes it unclear what configuration Canada is seeking to do this application.
- A1. We are asking for 4 gas injection "devices" with one of the injection ports capable of also performing liquid injections (with an auto sampler).
- Q2. Could the end user kindly respond clearly on what configuration he or she is asking for and how s/he intends to perform the sampling? Are there any specific reasons for the simultaneous injection into 4 channels?
- A2. We require a system to monitor 4 air streams for the analytes in near real time. We require the 4 simultaneous injections as the air streams are independent and can change at any time and we need to note and compare the timing and amplitude of the concentration changes.
- Q3. Are you able to outline you to intend to introduce the sample into the system?
- A3. We can tap off the air streams or flow the entire air stream through the sampling/injector devices.

ALL TERMS AND CONDITONS REMAIN THE SAME