



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet Système d'éclairage DEL réglable	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31029-218740/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31029-218740	Date 2020-10-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-142-7104	
File No. - N° de dossier CAL-0-43039 (142)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-20	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Blake, Luke J.	Buyer Id - Id de l'acheteur cal142
Telephone No. - N° de téléphone (403) 613-0725 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31029-218740/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31029-218740

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
CAL-0-4039

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL142
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification à une invitation à soumissionner est publiée en réponse à la question suivante de l'industrie pour l'invitation 31029-218740/A :

Question 1

Notre fournisseur offre des produits d'éclairage utilisés à des fins similaires et qui sont installés à de nombreux endroits dans le monde. Cependant, aucun de ses produits ne fonctionne à quatre canaux indépendants pour le bleu, le rouge, le rouge lointain et le blanc.

Les solutions proposées par notre fournisseur comportent un spectre lumineux fixe propre à la recherche et dont l'intensité est ajustable. La sélection du spectre lumineux recommandé est selon le type de culture effectuée par le client. Nous avons des spectres lumineux composés d'UVA, de bleu, de blanc, de rouge et de rouge lointain, mais leur intensité ne peut pas être ajustée individuellement en fonction de chaque couleur.

S'agit-il d'une exigence indispensable? Sinon, veuillez préciser la nature des cultures pour que nous puissions préparer notre proposition et notre estimation de prix.

Réponse 1

Oui, comme c'est indiqué à l'article 1.5 du Tableau de conformité, l'éclairage doit être de type DEL à quatre canaux indépendants pour le bleu, le rouge, le rouge lointain et le blanc. Les chercheurs du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) doivent être en mesure d'ajuster eux-mêmes les canaux individuellement selon les différentes espèces végétales cultivées.