



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Biological Safety Cabinet	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-210265/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-210265	Date 2020-10-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-030-15872	
File No. - N° de dossier MTA-0-43125 (030)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-29	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Pommet, Bruno André	Buyer Id - Id de l'acheteur mta030
Telephone No. - N° de téléphone (514) 702-9582 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-210265/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-210265

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
MTA-0-43125

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTA030
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 001

This amendment is to publish a Question & Answer related to the Requirement (Annex A).

Ref. Annex A

1. Mandatory technical specifications: 6-foot BSC with a fixed support.

1.3 The maximum exterior dimension of the equipment must be 73" height (including exhaust) x 79" width x 32" depth.

Question 1: Does the height described in the criterion (1.3) correspond to the total height (including the support)?

Answer 1: No. The height described in this criterion corresponds to the height of the biosafety cabinet including the device to connect to the exhaust pipe located in the ceiling, but does not include the height of the fixed support.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.