



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet Système d'éclairage DEL réglable	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31029-218740/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 31029-218740	Date 2020-10-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-142-7104	
File No. - N° de dossier CAL-0-43039 (142)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-29	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Blake, Luke J.	Buyer Id - Id de l'acheteur cal142
Telephone No. - N° de téléphone (403) 613-0725 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31029-218740/A
Client Ref. No. – N° de réf. du client
31029-218740

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. – N° du dossier
CAL-0-4039

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL142
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La présente modification à l'invitation 31029-218740/A a pour but de répondre à la question de l'industrie suivante :

Question 1

La chambre de croissance a-t-elle une puissance de 240 volts et une connexion internet CÂBLÉE?

Réponse 1

Il y aura une connexion internet câblée disponible, mais le réseau sera doté d'un pare-feu. Nous fournissons actuellement une alimentation de 120 V à la chambre de croissance. Nous avons un service triphasé de 208 volts, mais nous préférons une entrée de 120 volts (110).