



Accord commercial: Accord libre-échange Canada, Accord libre-échange Canada-Corée, Accord libre-échange nord-américain

Procédure d'appel d'offre : Invitation à soumissionner suivant les instructions de la AMA

Stratégie d'approvisionnement concurrentiel : Contrat subséquent à la AMA sera offert au fournisseur répondant aux critères techniques obligatoires et aillant le prix le bas.

Entente sur les revendications territoriale globale : Non

Nature du besoin :

Équipement et Instrument de Laboratoire, AMA E60PV-19EQUI

Pour :

L'achat d'une chambre de croissance suivant les spécifications indiquées sur l'appel d'offres Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de services de l'Est

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent télécharger le document de sollicitation E60PV-19EQUI/C sur achatsetventes.gc.ca et soumettre une réponse selon les exigences de la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement.

Besoin :

Le Centre de recherche de London, Agriculture et Agroalimentaire Canada, a un besoin pour faire l'acquisition d'une Chambre de croissance avec une option pour un deuxième achat si nécessaire.



Les critères techniques obligatoires sont :ATTENTION ANGLAIS

ITEM	CRITERIA
M1	All chambers must be provided with CSA (Canadian Standards Association) product certification to UL (United Laboratories) or CSA (Canadian Standards Association) CSA (Canadian Standards Association) International, or an equivalent Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL), for use in both the United States and Canada. Proof of product certification must be provided
M2	Manufacturer must ensure equipment and labor includes a warranty for a minimum of two [2] years from date of Substantial Completion. Proof and details of warranty must be provided to Agriculture and Agri-Food Canada. The warranty must be comprehensive and cover all major components including but not limited to cabinet construction materials, controller, compressors, evaporators and all optional equipment provided with the chambers.
M3	outside dimensions must be maximum of 84" wide x 33" deep x 78" high
M4	Each horizontal light canopy to produce 275 micro/m2/s intensity at 8" per shelving tier 37"x22" minimum area.
M5	During full ventilation mode (with max ambient temperature of 35°C), chambers must operate with a minimum temperature range of 4°C to 40°C with lights off and 10°C to 44°C with lights on
M6	Electrical service available at the site is 60Hz, 120/208 – 3phase – 4 wire plus ground. 20A and 30 A circuits are available. Chamber must be able to operate with this service.
M7	Growth chambers to be designed for water cooling of condensing unit. 25°C processing cooling wa is available at site. Contractor to ensure this is compatible with the chamber refrigeration systems.
M8	Existing system is Argus Titan system v1 build 00718.006, Site ID 2241.All components and softwa supplied under this contract must be compatible with this system to allow seamless integration and operation as a single networked system.
M9	Contractor to connect and install all services to new growth chambers including electrical power for all chamber components and controls, chill water cooling, drain line, RO water for humidification, controllers and communication cabling for connection to Owner's Argus front end system.

Le soumissionnaire répondant déjà titulaire d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui répond au critères techniques obligatoires avec le prix global le plus bas sera recommandé pour l'attribution du contrat.