



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA

Manitoba

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Victory Building/Édifice Victory
Room 310/pièce 310
269 Main Street/269 rue Main
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3

Title - Sujet EM Tissue Processor Appareil de microscopie électronique pour la préparation des tissus	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-210247/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-210247	Date 2020-11-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-019-11105	
File No. - N° de dossier WPG-0-43092 (019)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Central Standard Time CST on - le 2020-11-26 Heure Normale du Centre HNC	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Wall, Ruwani	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg019
Telephone No. - N° de téléphone (204) 510-7848 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This **amendment 002** to solicitation **39903-210247/A** is raised to address the following:

1. Refer to Annex, A – Requirement, Mandatory Performance Specifications:

DELETE:

2a. – Must be able to conduct tissue processing temperatures between 2⁰c - 60⁰c.

INSERT:

2a. – Must be able to conduct tissue processing temperatures between **4⁰c - 60⁰c.**

2. Refer to Section 6.1

Insert:

SACC Manual Clause [A3060C](#) (2008-05-12) Canadian Content Certification

3. Refer to Compliance Matrix – Minimum Mandatory Performance

DELETE:

Item #	Performance Specification	Status (M) Mandatory (D) Desirable*	Performance Specification Offered: Bidder <u>should</u> indicate how they meet the performance specification by recording this information in this column	Cross Reference: In this column, Bidders <u>should</u> cross-reference where this performance specification is indicated in their supporting documents
2.0				
2.1	Tissue processing temperatures between 2 ⁰ c - 60 ⁰ c.	M		

INSERT:

Item #	Performance Specification	Status (M) Mandatory (D) Desirable*	Performance Specification Offered: Bidder <u>should</u> indicate how they meet the performance specification by recording this information in this column	Cross Reference: In this column, Bidders <u>should</u> cross-reference where this performance specification is indicated in their supporting documents
2.0				

2.1	Tissue processing temperatures between 4 ⁰ c - 60 ⁰ c.	M		
-----	--	---	--	--

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME