



**RETURN OFFERS TO:
RETOURNER LES OFFRES A:**

Attention: Candice Therien
Email: Candice.therien@rcmp-grc.gc.ca

Note - RCMP has the following e-mail restrictions:
The maximum e-mail message size is 5 MB.
Zip files not accepted.

**AMENDMENT TO THE
REQUEST FOR A STANDING
OFFER**

**MODIFICATION À LA
DEMANDE D'OFFRE À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Request for a Standing Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la demande d'offre à commandes demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

Title – Sujet Trousse de prélèvement de sang pour analyse de l'alcoolémie		Date Le 22 décembre, 2020
Solicitation No. – N° de l'invitation 202102756A		Amendment No. – N° de la modification 002
Client Reference No. - No. De Référence du Client 202102756		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	14 :00	EST(Eastern StandardTime) HAE (heure avancée de l'Est)
On / le :	Le 5 janvier, 2020	
Delivery - Livraison See herein — Voir aux présentes	Taxes - Taxes See herein — Voir aux présentes	Duty – Droits See herein — Voir aux présentes
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Candice.therien@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. – No. de téléphone		Facsimile No. – No. de télécopieur
Delivery Required – Livraison exigée See herein — Voir aux présentes		Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:		
Telephone No. – No. de telephone		Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Signature		Date

La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de la DOC

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Pouvons-nous établir une quantité minimale à commander?

R1. Il n'y a aucune quantité minimale à commander.

Q2. Quelle sera la quantité type des commandes aux différents endroits?

R2 Les magasins divisionnaires pourraient commander de quelques dizaines à quelques centaines de trousse. Les détachements pourraient pour leur part commander quelques dizaines de trousse à la fois.

Q3. La trousse doit-elle être identique à celle de l'annexe E?

- a. Pouvons-nous offrir une trousse contenant les mêmes renseignements, mais présentée différemment?
- b. Chaque élément doit-il être identique à celui de l'annexe E ou peut-il être un substitut?

R3. Oui. La trousse doit être identique à la description de l'annexe D.

Q4. La section 3.1 permet d'envoyer la soumission par courriel. À quelle adresse la soumission doit-elle être envoyée?

- a. La section 2.2 indique que la GRC ne permet pas que les offres lui soient envoyées par le service Connexion postal. Quelle incidence cette décision a sur le processus de soumission?

R4 Conformément à la section 4.1.1, la GRC ne demandera des échantillons qu'aux trois soumissionnaires ayant les prix les plus bas. L'endroit sera précisé au moment de la demande.

La GRC n'étant pas autorisée à recevoir des soumissions par le service Connexion postal, veuillez soumettre vos soumissions uniquement par courriel. L'adresse figure à la page 1 de l'appel d'offres.

Q5. Il est indiqué à la section 2.8 que le réceptacle principal en plastique transparent, en carton ou en panneau de fibre doit être inclus dans la trousse. Le réceptacle principal peut-il être fabriqué dans un autre matériau? Le styromousse, plus sécuritaire, est-il accepté?

R5) Non. Il faut suivre les particularités indiquées dans la description d'achat.

Q6) Il est indiqué à la section 2.8 que le réceptacle principal doit être scellé avec un sceau d'inviolabilité avant d'être utilisé. Le réceptacle principal peut-il être scellé dans le réceptacle secondaire, puis l'ensemble de la trousse peut-il être scellé dans un manchon en plastique thermoscellé à la place?

R6) Non. Il faut suivre les particularités indiquées dans la description d'achat.

Q7. La GRC recommande-t-elle des transporteurs pour desservir les régions éloignées, vu que les transporteurs commerciaux ne desservent pas les régions éloignées de façon régulière?

R7) Malheureusement, nous n'avons pas de transporteurs ou de services de livraison à recommander.