



**REQUEST FOR PROPOSAL /  
DEMANDE DE PROPOSITION**

**RETURN BIDS TO /  
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

By e-mail to :Lana.Ibrahim@forces.gc.ca

**SOLICITATION AMENDMENT/  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

<b>Title / Titre:</b> Field Video Laryngoscope Set	
<b>Solicitation No / No de l'invitation:</b> W6369-21-A084	<b>Amendment No. - N° de la modification</b> 002
<b>Date of Amendment – Date de la modification</b> 23 December 2020	
<b>Address Enquiries to – Adresser toutes questions à:</b> Lana Ibrahim Email: Lana.Ibrahim@forces.gc.ca	
<b>Telephone No. / N° de téléphone:</b>	<b>FAX No / No de fax:</b>
<b>Destination:</b> Department of National Defence Central Medical Equipment Depot 105 Montgomery Road, Building BB-104-A Petawawa Ontario K8H 2X3	

**Instructions:**

Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item.

**Instructions:**

Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés «rendu droits acquittés», tous frais de livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente

<b>Solicitation Closes / L'invitation prend fin:</b>  At / à : 2:00 PM Eastern Standard Time (EST)          On / le : 18 January 2021
--

<b>Delivery required / Livraison exigée:</b>	<b>Delivery offered / Livraison proposée:</b>
<b>Vendor Name and Address / Raison sociale et adresse du fournisseur:</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) / Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie):</b>	
<b>Name / Nom:</b> _____	<b>Title / Titre:</b> _____
<b>Signature:</b> _____	<b>Date:</b> _____

**AMENDMENT 2 TO SOLICITATION NUMBER W6369-21-A084 IS RAISED TO:**

1. Provide clarification and answers to questions from potential suppliers.

Question and Answer:

<b>Question 6</b>	With reference to section "6. SPECIFICATIONS - FIELD VIDEO LARYNGOSCOPE SETS: 6.9 Must be able to be stored at temperatures between -20° Celsius to 40° Celsius at a minimum"  Will a system with temperature range between -10°C to 40°C be acceptable by the end-user?
<b>Answer 6</b>	No, the need remains between -20°C to 40°C

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**