



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
L'Esplanade Laurier  
140 O'Connor Street,  
East Tower, 7th Floor  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Dual Chamber Cryogenic Grinder	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 47419-208625/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 1000348625	<b>Date</b> 2021-01-27
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$PV-925-79543	
<b>File No. - N° de dossier</b> pv925.47419-208625	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2021-01-29</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Barnett, Delaney	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pv925
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 327-5986 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Solicitation No.  
47419-208625/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
47419-208625

N° de la modif - Amd. No.  
002  
File No. - N° du dossier  
pv925. 47419-208625

Id de l'acheteur - Buyer ID  
pv925  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Amendment 002 has been raised to modify the Request for Proposal (RFP) and publish all answers to questions received to-date.

## A. QUESTIONS AND ANSWERS

**Q1: What is the final delivery address?**

**A1:** See below modification B.3 to the RFP.

**Q2: What size vials do you require?**

**A2:** 50ml vials. See below modification B.1 to the RFP.

**Q3: Vials can hold samples from 0.1g to 100g, vials shouldn't be more than ½ to ¾ full depending on the sample – will this be acceptable?**

**A3:** See below modification B.2 to the RFP for clarity on our requirement.

**Q4: Will this unit be strictly used on cannabis?**

**A4:** The system is intended to be used for cannabis samples primarily but may also be used for other non-cannabis samples.

## B. RFP MODIFICATIONS

### B.1 At Annex A – 1.0 Technical Requirements

#### INSERT:

K. The dual chamber cryogenic grinder must include a large grinding vial set which contains 50 ml vials.

### B.2 At Annex A – 1.0 Technical Requirements

#### INSERT:

L. The dual chamber cryogenic grinder must, at a minimum, provide the below Sample capacity and process samples of the following sizes

Sample Capacity - Grinding	1 - 50 mL
Sample Size	0 to a maximum of 37.5g
Slurry Grinding	No

### B.3 At Annex A

#### INSERT:

#### 3,0 Delivery Address

79 Bentley Avenue, Ottawa, Ontario, Canada, K2E 6T7

**OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME**