



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Appareil photographique et un systè	
Solicitation No. - N° de l'invitation H4091-203242/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client H4091-203242	Date 2021-02-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-961-79734	
File No. - N° de dossier pv961.H4091-203242	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-03-03 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bellerdine, Chad	Buyer Id - Id de l'acheteur pv961
Telephone No. - N° de téléphone (613) 323-0178 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Health Canada 1800 Walkley Road Ottawa, ON K1H 8K3	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no. 002 est émise afin d'apporter des changements à la Demande de proposition (DP) tel que spécifié ci-dessous ainsi que publier les réponses aux questions reçues en date.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q4.** Cet appareil photo est-il connecté à un ordinateur?
- R4.** Non. La caméra doit être équipée de son propre processeur pour faire fonctionner le logiciel.
- Q5.** Accepterez-vous un ordinateur pour exécuter le logiciel?
- R5.** Voir la réponse à la question 4.
- Q6.** Vous mentionnez la capacité 3D, mais aucun des microscopes que vous mentionnez n'a de Z motorisé. Comment prévoyez-vous obtenir la direction z pour la 3D?
- R6.** Veuillez consulter la question et la réponse 3 de la modification à l'invitation 001.
- Q7.** Étant donné que les microscopes avec lesquels la caméra sera utilisée sont Nikon, nous souhaitons nous assurer que nous vous proposons l'adaptateur de monture C idéal qui fonctionne pour l'application de l'utilisateur final et qui s'adapte physiquement aux têtes trincolaur du microscope. Si les microscopes n'ont pas de tête trincolaire, nous devons envisager d'ajouter un port de caméra à ces microscopes.
Savez-vous quelles têtes binoculaires / trincolaires se trouvent sur ces deux microscopes?
- R7.** Les deux microscopes Nikon sont équipés de têtes trinoculaires.
Le stéréomicroscope est équipé du séparateur P-IBSS2Beam S2 (MNB45901) avec tube LV-TV pour TI3 (MBB63430).
Le PLM est équipé d'une lentille relais MDC2 pour COOLPIX (MXA29005).
Le diamètre interne de l'adaptateur pour les deux microscopes est de 1,5 pouce.

B. MODIFICATION DE LA DP

- B4.** Sous **ANNEXE A, Partie 1 - BESOIN**, insérer ce qui suit sous 1.2. Appareil photographique:
- 1.2.4** La caméra doit être équipée d'un processeur intégré pour faire fonctionner le logiciel.

TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉS.