



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Fuel & Construction Products Division
L'Esplanade Laurier,
140 O'Connor Street,
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Purificateurs d'air	
Solicitation No. - N° de l'invitation 08283-200551/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20200551	Date 2021-03-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-671-79846	
File No. - N° de dossier hl671.08283-200551	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-03-29 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hiltz, Jackson	Buyer Id - Id de l'acheteur hl671
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-6611 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001 à la demande de proposition (DDP) n° 08283-200551/A, qui prend fin le 29 mars 2021 à 14 h, vise à :

1. Répondre aux questions reçus des soumissionnaires et fournir l'information additionnelle suivant:

Q1: Pourriez-vous indiquer la tension requise pour les petits et grands purificateurs d'air ?

R1: Les appareils doivent être 110V ou 220V.

Q2: Le client serait-il prêt à accepter un produit de la catégorie "Petit appareil de purification de l'air" pesant environ 60 kg ?

R2: Non. Le poids maximum considéré pour un «petit» purificateur d'air est de 10 kg.

Q3: Nous avons le CE mais pas le CSA, est-ce que ce n'est pas un accord si nous ne l'avons pas ?

R3: Le marquage CE ne prouve pas la conformité aux normes de sécurité canadiennes.

Q4: Nous avons un produit qui diffuse du peroxyde d'hydrogène sec dans l'air et j'aimerais savoir si vous accepteriez une proposition pour notre produit en réponse à votre demande de propositions.

R4: Tout produit qui répond aux exigences pourrait être considéré.

Q5: Pouvez-vous préciser si l'utilisateur final a besoin d'unités portables pour les petites unités ou d'unités montées au plafond ?

R5: Les petits appareils doivent être portables.

Q6: S'il s'agit d'un montage au plafond, quel est le type de plafond, solide ou suspendu ?

R6: SANS OBJET

Q7: Pour les grandes unités, s'agit-il d'un appareil portable ou d'un appareil fixé au plafond, et quel type de plafond ?

R7: Les grands appareils doivent être portables.

Tous les autres termes et conditions de la demande de proposition demeurent inchangés.
