



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
See herein for bid submission  
instructions/

Voir la présente pour les  
instructions sur la présentation  
d'une soumission

NA  
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3

<b>Title - Sujet</b> Computer Radiography Imaging System	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W3474-212581/B	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W3474-21-2581	<b>Date</b> 2021-04-23
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$KIN-655-8379	
<b>File No. - N° de dossier</b> KIN-0-54125 (655)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2021-05-17</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Semple, Patrick	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> kin655
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 449-3112 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (613) 545-8067
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Aerospace and Telecommunication Engineering Support Squadron 8 Wing/CFB Trenton Astra, ON K0K 3W0	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W3474-212581/B  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W3474-21-2581

Amd. No. - N° de la modif.  
File No. - N° du dossier  
KIN-0-54125

Buyer ID - Id de l'acheteur  
kin655  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**La modification 001 à l'invitation est soulevée pour répondre aux questions suivantes:**

RÉFÉRENCE: Annexe A, section 4.2 Matériel

Q1: Le système d'imagerie radiographique doit-il avoir les certifications HIM et CSA?

A1: En attente, encore en cours d'examen.

RÉFÉRENCE: Annexe A, section 4.6 **Installation, formation et mise en place du système d'images radiologiques numérisées?**

Q2: Une session virtuelle sera-t-elle acceptable pour l'installation? Ou doit-il être en personne sur le site de l'utilisateur final?

R2: Une session d'installation virtuelle est acceptable.

RÉFÉRENCE: Annexe A, Section 2.3 Objectif - Système de table

Q3: Cette sollicitation indique qu'un système de table est nécessaire. Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer s'il s'agit d'une exigence obligatoire?

R3: Oui, c'est une exigence obligatoire. Veuillez consulter l'annexe «C, **Critères d'évaluation technique obligatoires** CTO 1, comme référencé ci-dessous:

<b>CTO 1</b>	Le système d'images radiologiques numérisées doit être une table portable avec efface intégrée capable de traiter des écrans radioluminescents flexibles de taille standard (14 x 17 po et 8 x 10 po) ainsi que des écrans radioluminescents flexibles de taille personnalisée aussi petits que 2 x 4 po.	
--------------	---	--