



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Computer Radiography Imaging System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3474-212581/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W3474-21-2581	Date 2021-04-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-655-8379	
File No. - N° de dossier KIN-0-54125 (655)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-05-17 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Semple, Patrick	Buyer Id - Id de l'acheteur kin655
Telephone No. - N° de téléphone (613) 449-3112 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Aerospace and Telecommunication Engineering Support Squadron 8 Wing/CFB Trenton Astra, ON K0K 3W0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W3474-212581/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W3474-21-2581

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
KIN-0-54125

Buyer ID - Id de l'acheteur
kin655
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 001 is raised to answer the following questions:

REFERENCE: Annex A, Section 4.2 Hardware

Q1: Does the Radiography Imaging System need to have MDL and CSA certifications?

A1: Pending, still under review

REFERENCE: Annex A, Section 4.6 Installation Training, and Set-Up of CR System

Q2: Will a virtual session be acceptable for installation? Or must it be in person at the end-user site?

A2: Virtual installation session is acceptable.

REFERENCE: Annex A, Section 2.3 Objective – Table top system

Q3: This solicitation states that a table top system is required. Could you please confirm if it is a mandatory requirement?

A3: Yes, this is a mandatory requirement. Please reference Annex "C, Mandatory Technical Evaluation Criteria. MT 1, as referenced below:

MT 1	The CR system must be a table-top, portable system with integral eraser capable of processing standard size flexible IPs (14 x 17 inches, and 8 x 10 inches) as well as custom sized flexible IPs as small as 2 x 4 inches.
-------------	---