

**NIBS:** N6640

**Accord commercial:** ZLEC

**Procédure d'appel d'offre :** Appel d'offres sélectif

**Stratégie d'approvisionnement concurrentiel :** Concurrentielle

**Entente sur les revendications territoriale globale :** Non

**Nature du besoin :** Processeur de tissus d'histologie

**N° de référence :** B0321

**Pouvoir adjudicateur**

**Nom:** Virginia Githua

**Numéro de téléphone:** (343) 575-4182

**Adresse e-mail:** [virginia.githua@inspection.gc.ca](mailto:virginia.githua@inspection.gc.ca)

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent télécharger le document de sollicitation E60PV-19EQUI/C sur [achatsetventes.gc.ca](http://achatsetventes.gc.ca) et soumettre une réponse selon les exigences de la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement.

**DÉTAILS DE L'EXIGENCE**

**Article :** L'Agence canadienne d'inspection des aliments - NCFAD Le laboratoire de Winnipeg a besoin d'un processeur de tissu histologique avec une option pour l'achat d'un deuxième processeur de tissu au cours des 2 prochaines années pour le Laboratoire de Lethbridge de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en Alberta.

**Quantité:** 1

## **Introduction**

Au Centre national des maladies animales exotiques – Winnipeg, notre service de pathologie joue un rôle clé dans le diagnostic et la recherche sur les maladies animales exotiques. Notre processeur de tissus actuel a 12 ans et leur espérance de vie est de 7 à 8 ans selon la fabrication. Notre processeur de tissus actuel a des problèmes majeurs qui sont plus coûteux à résoudre qu'à remplacer l'équipement. Il s'agit d'une pièce d'équipement critique dans le laboratoire de pathologie. Si cet équipement tombe en panne, le service de pathologie est à l'arrêt pour produire des résultats. Tous les tissus doivent être traités dans la machine de traitement des tissus avant que les tissus puissent être incorporés et traités ultérieurement au format de lame pour que le pathologiste puisse les lire.

### **Spécifications physiques obligatoires :**

- 1a. Empreinte maximale : 26"(66cm) de large, 29"(74cm) de profondeur, 60" (153cm) de haut
- 1b. Électrique : 110/120VAC, 50/60 Hz

### **Spécifications de performances obligatoires:**

- 2a. Capacité de traiter jusqu'à 200 cassettes
- 2b. Écran d'ordinateur à écran tactile
- 2c. Cycles de nettoyage - au moins une option
- 2d. Option vide et pression disponible pour l'autoclave
- 2e. Bains de cire – minimum 3
- 2f. Filtre à charbon
- 2g. Capacité de chauffer la chambre d'autoclave
- 2h. Capteur de niveau dans la chambre de l'autoclave
- 2i. Extraction des fumées à l'ouverture du couvercle de la cornue
- 2j. Système de gestion des produits chimiques

### **Exigences supplémentaires:**

- 3a. Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
- 3b. Visite d'entretien préventif un an après l'installation incluant les pièces, la main-d'œuvre et les déplacements.
- 3c. Manuel d'exploitation et de service (version papier et numérique).
- 3d. Le service doit être fourni dans les 3 jours ouvrables.
- 3e. Système de secours par batterie UPS

### **Livrer à:**

Agence canadienne d'inspection des aliments  
Laboratoire NCFAD de Winnipeg  
820, rue Berry, unité 41  
Winnipeg, Manitoba  
R3H 1H2  
À l'attention de : Carissa Embury-Hyatt  
Carissa.emburyhyatt@inspection.gc.ca