



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet Laser solide excité par une diode	
Solicitation No. - N° de l'invitation K3D57-220322/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client K3D57-220322	Date 2021-09-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-219-8077	
File No. - N° de dossier TOR-1-44044 (219)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-09-22 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nguyen, Michelle	Buyer Id - Id de l'acheteur tor219
Telephone No. - N° de téléphone (647) 616-4174 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La Modification n° 003 a la demande de soumissions vise à répondre aux questions des soumissionnaires pour l'invitation à soumissionner K3D57-220322/A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1) Les spécifications indiquent « supérieure ou égale à 40 mJ ». Quelle est l'énergie maximale acceptable?
- R1) Il n'y a pas de limites maximales applicables à l'énergie dans la mesure où le laser respecte les autres spécifications (exigences concernant le taux d'émission des impulsions de 100 Hz et la qualité du faisceau).
- Q2) Serait-il possible de repousser la date limite d'une semaine?
- R2) Malheureusement, le Canada ne peut envisager d'accorder une prolongation à ce moment-ci.
- Q3) En référence à l'annexe A, section 3.1.3 : Notre laser solide excité par une diode comprend un refroidisseur autonome. Pourriez-vous confirmer qu'un tel refroidisseur est acceptable?
- R3) Oui, c'est acceptable.
- Q4) En référence à l'annexe A, section 3.3.1: À la longueur d'onde de 266 nm, une énergie des impulsions supérieure ou égale à 30 mJ est-elle acceptable?
- R4) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.
- Q5) En référence à l'annexe A, section 3.3.2: Un diamètre du faisceau de 5,5±2 mm à la fenêtre de sortie est-il acceptable?
- R5) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.
- Q6) En référence à l'annexe A, section 3.3.3: Une divergence du faisceau inférieure à 1,0 mrad est-elle acceptable?
- R6) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.
- Q7) En référence à l'annexe A, section 3.3.5: Pour ce qui est de la tête du laser, des dimensions de 33,5" x 10" x 6,23" sont-elles acceptables?
- R7) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.
- Q8) En référence à l'annexe A, section 3.3.6: Notre laser n'est pas muni d'un système de contrôle de la puissance. Est-ce acceptable?
- R8) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.

Solicitation No. - N° de l'invitation
K3D57-220322/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K3D57-220322

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
TOR-1-44044

Buyer ID - Id de l'acheteur
TOR219
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

- Q9) En référence à l'annexe A, section 3.3.8: Une qualité du faisceau M² à 1064 nm inférieure à 5 est-elle acceptable?
- R9) Malheureusement, ce n'est pas acceptable.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES