



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Générateur d'azote Nitrogen Generator	
Solicitation No. - N° de l'invitation H1020-213760/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client H1020-21-3760	Date 2021-10-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-225-16299	
File No. - N° de dossier MTA-1-44110 (225)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-08 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dubé, Stéphane	Buyer Id - Id de l'acheteur mta225
Telephone No. - N° de téléphone (514) 603-9967 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 001

This amendment is to modify terms and conditions as follows:

AT ANNEX "A" - REQUIREMENT

3.1. Tasks, Activities, Deliverables and/or Milestones

DELETE

3.1.7 Must be able to be used with an "Ultra performance liquid chromatography with Mass detector requiring a nitrogen purity of 95%, a pressure between 94-102 psi and a consumption of 1300 L/ min

INSERT

3.1.7 Must be able to be used with an "Ultra performance liquid chromatography with Mass detector requiring a nitrogen purity of 95%, a pressure between 94-102 psi and a consumption of 1300 L/H

AT ANNEX "C" – MANDATORY TECHNICAL REQUIREMENTS

Criteria 3.1.5

SUPPRIMER

Max dimensions of each device: 30" height x 30" width x 30" depth

INSERT

Max dimensions of each device: 27" height x 30" width x 30" depth

Criteria 3.1.7

DELETE

3.1.7 Must be able to be used with an "Ultra performance liquid chromatography with Mass detector requiring a nitrogen purity of 95%, a pressure between 94-102 psi and a consumption of 1300 L/ min

INSERT

3.1.7 Must be able to be used with an "Ultra performance liquid chromatography with Mass detector requiring a nitrogen purity of 95%, a pressure between 94-102 psi and a consumption of 1300 L/H

All other terms and conditions remain unchanged.