



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Générateur d'azote Nitrogen Generator	
Solicitation No. - N° de l'invitation H1020-213760/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client H1020-21-3760	Date 2021-10-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-225-16299	
File No. - N° de dossier MTA-1-44110 (225)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-08 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dubé, Stéphane	Buyer Id - Id de l'acheteur mta225
Telephone No. - N° de téléphone (514) 603-9967 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
H1020-213760/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
H1020-213760

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
MTA-1-44110

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

MODIFICATION 003

Cette modification est pour répondre à des questions comme suit :

QUESTIONS

Q3	En ce qui concerne 3.1.3 Pression 94-102 psi, nous proposons une unité qui fournit une pression de sortie d'azote de 6 bar g, est-ce que cela serait acceptable ?
R3	Non, 6 bar équivaut à 87 psi et cette pression est trop basse pour les besoins de notre instrument.

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.