



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Générateur d'azote Nitrogen Generator	
Solicitation No. - N° de l'invitation H1020-213760/B	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client H1020-21-3760	Date 2021-11-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-225-16299	
File No. - N° de dossier MTA-1-44110 (225)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-08 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dubé, Stéphane	Buyer Id - Id de l'acheteur mta225
Telephone No. - N° de téléphone (514) 603-9967 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
H1020-213760/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
H1020-213760

N° de la modif - Amd. No.
005
File No. - N° du dossier
MTA-1-44110

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

AMENDMENT 005

This amendment is to answer questions as follows:

QUESTIONS

Q4	In the Amendment 001 AT ANNEX "C" – MANDATORY TECHNICAL REQUIREMENTS Criteria 3.1.5, the new Max dimensions of each device: 27" height x 30" width x 30" depth. Are these dimensions supposed to fit both compressor and generator, or is the compressor located in different location?
A4	These dimensions should fit both compressor and generator
Q5	The specified dimensions: 27" H X 30" W X 30" D is to small for our smallest generator. Can you confirm if additional space is available and exact dimension's?
A5	No additional space available.
Q6	The specification lists 2 Flow rates: 30 L/ min and 1300 L/M . What is the nitrogen flow rate required.
A6	The nitrogen generator must have a flow rate of 30 L/min or grater (3.1.2) in order to accommodate an instrument with a consumption of 1300 L/Hour (3.1.7).
Q7	What is the available compressed air, pressure and volume?
A7	There is no compressed air available. It must be included with the generator.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED