



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet Boîtes à gants	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-210003/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-21-0003	Date 2021-11-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-003-8103	
File No. - N° de dossier TOR-1-44060 (003)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-24 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tony, Fong	Buyer Id - Id de l'acheteur tor003
Telephone No. - N° de téléphone (416) 482-0839 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Department of Chemistry and Chemical Engineering Royal Military College 11 General Crerar Crescent Kingston, ON K7K 7B4	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0114-210003/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
TOR003

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0114-210003

File No. - N° du dossier
TOR-1-44060

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification de l'invitation n° 001 est émise pour fournir des réponses aux questions des soumissionnaires, intégrer une prolongation du délai, et modifier les détails des spécifications techniques connexes pour l'invitation W0114-21003/A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 : Avons-nous besoin d'un numéro d'entreprise d'approvisionnement (PBN) lors de la soumission d'une offre ou pouvons-nous nous inscrire au PBN après la soumission de l'offre avant l'attribution du contrat ?
R1 : Un numéro d'entreprise d'approvisionnement doit être obtenu avant l'attribution du contrat. Veuillez consulter le lien suivant pour plus d'informations : Inscrivez-vous en tant que fournisseur - Achatsetventes.gc.ca.

Q2 : Qu'est-ce que la taxe d'accise ? Quel est le taux? Doit-on ajouter cette taxe dans le devis ?
R2 : Si la taxe d'accise est applicable, elle doit être incluse dans la soumission financière.

Q3 : L'annexe C ne répertorie pas toutes les exigences techniques qui peuvent être trouvées dans l'annexe A. Sommes-nous tenus de soumettre les deux réponses pour l'annexe A et l'annexe ou juste une réponse pour l'annexe C?

R3 : L'annexe A énumère toutes les spécifications techniques de la boîte à gants qui doivent être respectées. L'annexe C énumère tous les critères techniques obligatoires strictement à des fins d'évaluation.

Q4 : Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de soumission. Devons-nous remplir un formulaire si nous, le soumissionnaire, ne sommes pas une coentreprise. De plus, si nous soumettons l'offre, sommes-nous automatiquement considérés comme non nommés sur la liste « FCP à éligibilité limitée à soumissionner ».

A4 : Il n'y a aucun formulaire à remplir. Une fois qu'une soumission est présentée, le soumissionnaire atteste qu'il n'est pas nommé dans le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi (PCF).

Q5 : Référence à l'annexe A point 7. Un diamètre d'antichambre de 36 cm est-il acceptable ?
R5 : Une dimension minimale d'au moins 35 cm d'antichambre est acceptable.

Q6 : Référence à l'annexe A point 19 « Le système doit inclure un piège à solvant régénérable ou remplaçable et un système d'élimination du sulfure d'hydrogène qui est remplaçable.

Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer que le solvant est du type externe pour absorber une grande quantité de solvant, au lieu d'un piège à solvant interne pour absorber une petite quantité de solvant ?

A6 : Un piège externe serait acceptable. Un tel piège, contenant du charbon actif et du charbon imprégné de NaOH, par exemple, serait conforme.

Q7 : Référence à l'annexe A, point 19 « Le système doit inclure un piège à solvant régénérable ou remplaçable et un système d'élimination du sulfure d'hydrogène remplaçable. »

Nous souhaitons confirmer si vous souhaitez à la fois un piège à solvant externe et l'absorbeur d'H₂S ?
A7 : Un absorbeur de H₂S n'est pas requis.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0114-210003/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
TOR003

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0114-210003

File No. - N° du dossier
TOR-1-44060

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Q8 : Référence à l'annexe A point 20 « Le système doit avoir une certification UL ou l'équivalent canadien pour une utilisation au Canada.

La certification CE est-elle acceptable ? ISO 9001 et ISO 1400 sont-ils acceptables ?

R8 : CE n'est pas une certification reconnue au Canada et n'implique pas le respect de la sécurité électrique canadienne. CE, ISO 9001 et ISO 1400 ne sont pas acceptables.

MODIFICATION DU DOCUMENT DE SOLLICITATION

1. À l'annexe A – Spécifications techniques requises, point 7.

Supprimer : Le diamètre minimum de l'antichambre doit être de 40 cm.

Insertion : Le diamètre minimum de l'antichambre doit être d'au moins 35 cm.

PROLONGATION DU DÉLAI

Nous vous avisons par la présente que la date limite pour la réception des soumissions a été reportée au mercredi, 24 novembre 2021, à 14 h.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE D'OFFRES RESTENT