



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Matériel de chromatographie Le matériel de chromatographie en phase liquide ultra haute performance (UHPLC)	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23584-220302/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23584-220302	Date 2021-11-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-939-80553	
File No. - N° de dossier pv939.23584-220302	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-23 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Latifi, Anahita	Buyer Id - Id de l'acheteur pv939
Telephone No. - N° de téléphone () - ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no. 001 est émise afin d'apporter des changements à la Demande de proposition (DP) tel que spécifié ci-dessous ainsi que publier les réponses aux questions reçues en date.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question No. 1: Référence: Sur la page 26 de 31, L'ANNEXE « A », Piece Jointe 1, l'article (1) de tableau d'Évaluation des Caractéristiques Techniques Obligatoires, Canada a demandé:

«Le matériel UHPLC doit être connecté à la station de données préexistante et être commandé par celle-ci. La station de données est préinstallée avec le logiciel (au minimum la version 7.2) du système de données chromatographiques (CDS) Thermo Scientific Chromeleon™.»

Est-ce que le soumissionnaire est responsable pour présenter une licence dans son soumission technique comme preuve de contrôle de UHPLC par le Chromeleon?

Réponse No. 1: Oui. Critère #7 et Attestation nécessaire est ajouté à la pièce jointe 1 de L'ANNEXE « A », tableau d'Évaluation des Caractéristiques Techniques Obligatoires. Veuillez consulter « **Modification de la DP** » dans le présent document.

Question No. 2: Référence: La Demande de Proposition (DP), l'article 5.1.2 Attestation de l'exigence de vaccination contre la COVID-19, est-ce que cette exigence peut être éliminer ou est-ce qu'il y a d'accommodation additionnelles disponible?

Réponse No. 2: Non. L'article 5.1.2 reste inchangé. Aucun accommodation sera disponible sauf pour celles qui sont indiquées sous article 5.1.2 (b).

Modification de la DP

Changement de Sollicitation No. 1: Sur la page 26 de 31, la pièce jointe 1 de L'ANNEXE « A » - le tableau d'Évaluation des Caractéristiques Techniques Obligatoires, ajoutez la critère # 7 et Attestation nécessaire, qui suit:

N°	CRITÈRES	Attestations nécessaires	Renvoi à l'offre du soumissionnaire
7	Le soumissionnaire doit fournir toutes les licences requises pour système de données chromatographiques (CDS) Thermo Scientific Chromeleon™ l'accessibilité et contrôle de UHPLC et de masse spectromètre ISQ EC.	Le soumissionnaire doit fournir une attestation ou une copie des licences requises qui seront valides pendant la période du contrat.	

Changement de Sollicitation No. 2: Supprimer tous les "entrepreneur" sur titre Attestations nécessaires de la pièce jointe 1 de L'ANNEXE « A » - tableau d'Évaluation des Caractéristiques Techniques Obligatoires, et les remplacer par "soumissionnaire".

TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉS.