



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Microscope Super Resolution Laser Scanning Confocal Microscope	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-222411/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-222411	Date 2021-11-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-961-80565	
File No. - N° de dossier pv961.31184-222411	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-25 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bellerdine(pv961), Chad	Buyer Id - Id de l'acheteur pv961
Telephone No. - N° de téléphone (613) 323-0178 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Ottawa, ON	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001 has been raised to publish all answers to questions received to-date.

QUESTIONS AND ANSWERS

Q1. In Annex A Part 2 MANDATORY TECHNICAL EVALUATION CRITERIA, Criteria #3, is the 40x water lens an absolute requirement? Would a silicone oil immersion 40X lens be acceptable?

A1. NRC is looking for a 40X water objective. The requirement remains unchanged.

Q2. In Annex A Part 2 MANDATORY TECHNICAL EVALUATION CRITERIA, Criteria #5, would a system with four (4) spectral detectors instead of five (5) be acceptable?

A2. NRC is looking for 5 spectral detectors. The requirement remains unchanged.

Q3. In Annex A Part 2 MANDATORY TECHNICAL EVALUATION CRITERIA, Criteria #6, are the required imaging speed for single fluorescence channel? Would a system with super-resolution scanning speed of 1 frame per second (fps) for each single channel but capable of simultaneous 4-channel super-resolution imaging be acceptable?

A3. NRC is looking for the specified speed . The requirement remains unchanged.

Q4. In Annex A Part 2 MANDATORY TECHNICAL EVALUATION CRITERIA, Criteria #6, is the 6144x6144 pixels frame resolution an absolute requirement? Will a system with 4096x4096 pixels max frame resolution be acceptable?

A4. NRC is looking for at least 6144x6144 pixels frame. The requirement remains unchanged.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST
FOR PROPOSAL REMAIN UNCHANGED.**