



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Microscope Microscope Confocal à Balayage Laser à Très Haute Résolution	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-222411/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-222411	Date 2021-11-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-961-80565	
File No. - N° de dossier pv961.31184-222411	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-30 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bellerdine(pv961), Chad	Buyer Id - Id de l'acheteur pv961
Telephone No. - N° de téléphone (613) 323-0178 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Ottawa, ON	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no. 002 est émise afin d'apporter des changements à la Demande de proposition (DP) tel que spécifié ci-dessous ainsi que publier les réponses aux questions reçues en date.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Puisque l'acquisition simultanée de 5 canaux produira une contamination significative de signaux à d'autres canaux (par exemple : l'émission du Dapi sera aussi détectée par le canal du gfp ainsi que le canal du M Cherry) est-ce que la détection virtuelle simultanée de 6 canaux par le changement de longueur d'onde, ligne par ligne, serait acceptable?

R1. La spécification demeure inchangée.

Q2. Est-ce que nous pourrions avoir une idée du budget alloué à cet instrument?

R2. Cette information ne peut pas être divulguée pour le moment.

Q3. L'imagerie super résolution peut atteindre en mode confocal une résolution 90 nm au lieu de 120 nm. La vitesse d'acquisition en super résolution peut atteindre 19 images par seconde (IPS) au lieu de 4 IPS pour des images de 512x512 pixels. (Toutes avec un Airy de 1.25 au lieu de 0.2). Est-ce que vous conservez vos spécifications précédentes ou les changerez-vous pour les nouveaux standards à l'avant-garde de la technologie d'aujourd'hui?

R3. La spécification demeure inchangée.

B. MODIFICATION DE LA DP

B1. La date de clôture de la DP a été prolongée jusqu'au 2021-11-30, 14h00.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉES.