



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet Glove Box	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-210003/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-21-0003	Date 2021-11-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-STOR-003-8103	
File No. - N° de dossier TOR-1-44060 (003)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-11-29 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tony, Fong	Buyer Id - Id de l'acheteur tor003
Telephone No. - N° de téléphone (416) 482-0839 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Department of Chemistry and Chemical Engineering Royal Military College 11 General Crerar Crescent Kingston, ON K7K 7B4	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0114-210003/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
TOR003

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0114-210003

File No. - N° du dossier
TOR-1-44060

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Amendment No. 003 being issued to provide answers to Bidders' questions.

QUESTIONS AND ANSWERS

- Q1: Reference to requirement 2.d in Annex A: "Three or more units of shelving"
Would you accept a unit with two adjustable shelves mounted on back walls?
A1: No.
- Q2: Reference to Annex A - 6: "The antechamber must be of stainless steel construction."
Is an antechamber with Material of construction Stainless Steel 304L grade and Aluminium doors acceptable?
A2: Yes.
- Q3: Reference to Annex A - 13 and 19:
"13. The system must include a solvent removal system that is generable or replaceable."
"19. The system must include an external solvent and hydrogen sulphide removal system that is replaceable"
Is requirement 13 talking about the same solvent removal system in 19? Furthermore, the purpose of this system is to prevent hydrogen sulfide from generating hydrofluoric acid when it meets with water, or do you mean remove hydrogen sulfide?
A3: Items 13 and 19 may be the same, however, the system must remove solvent vapours and H₂S.
- Q4: Reference to Annex A – 18. The system must include an internally accessed freezer capable of -30 °C cooling with a minimum volume of 18 litres:
Please advise if the below specs for the chiller are acceptable:

Refrigerating capacity:900W
Temperature control range:5-35°C
Temperature control accuracy:±1°C
Water tank volume:8L
Dimension:W360*D450*H660 (mm)

A4: No.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE BID SOLICITATION REMAIN