



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Hydrocyclone	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23240-220479/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 23240-220479	Date 2021-11-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-883-80558	
File No. - N° de dossier pv883.23240-220479	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-12-03 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Gillis, Johnathon	Buyer Id - Id de l'acheteur pv883
Telephone No. - N° de téléphone (343) 572-1201 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification vise à répondre à toutes les questions reçues jusqu'à maintenant.

A. Questions et réponses

N°	Questions	Réponses
Q4	Qu'est-ce que l'utilisateur final souhaite séparer?	R3 RNCan utilisera l'instrument pour de la pulpe (solides minéraux et eau). RNCan utilisera l'instrument pour enlever des fines, par exemple, des particules <25 micromètres.
Q5	Y a-t-il une pression de service nominale à respecter?	R4 La capacité d'alimentation du cyclone est de 2,7 à ~5 gal/min. De 10 à 30 lb/po ² , selon le débit et la taille du cyclone.
Q6	En ce qui a trait à l'article O3 (i) des CRITÈRES D'ÉVALUATION TECHNIQUE, « Composé de boîtiers métalliques à sections, munis d'un revêtement moulé fait d'élastomères, de céramique ou d'alliages résistants à l'abrasion », la description fournie vise les cyclones Krebs de plus grande taille et ne s'applique pas aux appareils plus petits fabriqués par l'entreprise. Pour ces dimensions, Krebs ne fabrique pas de cyclone à boîtiers métalliques, seulement en uréthane. Pouvez-vous confirmer que cela est acceptable?	R5 Oui, cela est acceptable.