



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
See herein for bid submission  
instructions/

Voir la présente pour les  
instructions sur la présentation  
d'une soumission

NA  
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3

<b>Title - Sujet</b> Scanners portatifs de trous de de boulons à courant de Foucault	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W3474-220306/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W3474-220306	<b>Date</b> 2022-01-05
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$KIN-950-8545	
<b>File No. - N° de dossier</b> KIN-1-56147 (950)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2022-01-17</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Fraser, Alexa	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> kin950
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (873) 355-4392 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W3474-220306/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W3747-22-0306

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
KIN-0-56147

Buyer ID - Id de l'acheteur  
KIN950  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Modification 001 à la demande de soumission W3474-220306/A — Scanners de trous de boulons**

L'objectif de la présente modification est de réviser certains points du document de demande de soumission.

---

**Q1 :** Pouvez-vous s'il vous plait indiquer quel instrument est utilisé avec les scanners?

**R1 :** Les nouveaux « pistolets » scanners doivent pouvoir être utilisés avec tout instrument à courant de Foucault. Veuillez-vous référer au critère technique obligatoire M4 : Doit disposer d'un câble de connexion contenant une connexion L-16 broches (côté instrument) et une connexion avec un connecteur 4 broches LEMO<sup>MD</sup> (côté sonde).