



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Fuel & Construction Products Division
L'Esplanade Laurier,
140 O'Connor Street,
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Système de purification de l'eau Système de purification de l'eau par osmose inverse	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A21-220548/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8A21-220548	Date 2022-01-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-662-80862	
File No. - N° de dossier hl662.K8A21-220548	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-02-02 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Munz, Pam	Buyer Id - Id de l'acheteur hl662
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-9133 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K8A21-220548/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K8A21-220548

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
hl662.K8A21-220548

Buyer ID - Id de l'acheteur
hl662
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification numéro 001 est requise afin pour répondre aux questions des fournisseurs :

Q1 : Est-il possible de visiter le site ?

R1 : En raison des restrictions de Covid et des délais de la sollicitation, aucune visite du site ne sera proposée.

Q2 : Veuillez fournir le diagramme schématique actuel du système d'eau, les détails des dimensions du réservoir et les fiches techniques des pompes de distribution.

R2 : La pompe, le réservoir et le reste du système ne sont pas remplacés pour le moment. Seule la partie osmose inverse (OI) du système est remplacée. Tant que le système OI répond aux spécifications fournies, il fonctionnera avec le système de polissage/réservoir/pompe, etc.

Q3 : Veuillez fournir des spécifications sur les UV.

R3 : Lampe UV 254 nm, installée en ligne, jusqu'à 10 GPM.

Q4 : D'après notre connaissance des systèmes Rio, la fonction "Smart Technology" est une marque commerciale de Millipore. Ainsi, le système de tout autre fournisseur n'ornera pas la balise "Smart Technology", mais offrira des fonctions similaires. Serait-ce acceptable?

R4 : Oui, la même technologie offerte par un autre fabricant/fournisseur est acceptable.

Q5 : La capacité RO requise de 60 L/h est une capacité requise à quelle température ?

R5 : Température ambiante (~20 C)

**Toutes les autres clauses et conditions de la Demande de Proposition
demeurent inchangées**