



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Nitrogen Analyzer System	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-220727/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-220727	Date 2022-04-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-899-81096	
File No. - N° de dossier pv899.39903-220727	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-04-14 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Van Den Hanenberg, Stephen	Buyer Id - Id de l'acheteur pv899
Telephone No. - N° de téléphone (343) 540-8371 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001 has been raised to provide answers to questions from the industry and to modify the RFP as detailed below.

A Questions and Answers

- Q1. Regarding item 6: Can you accept an analyzer with a furnace that operates at 1100 °C maximum?
- A1. Yes, as long as the analyzer operates at 1100 °C and provides complete combustion of fertilizer samples.
- Q2. Regarding item 7: Can you accept an autosampler supplied with a disc of 30 positions that can be extended to accommodate up to 117 samples but in a stacked configuration?
- A2. Yes. Please see the modification to the RFP and note that any costs related to the extendable part must be included in the bid.
- Q3. Regarding item 8: Can you accept an instrument that analyzes solid samples up to 1 g?
- A3. No, the analyzer must analyze solid samples of up to 3g.
- Q4. Regarding item 9: Can you accept an instrument that analyzes aqueous samples up to 1 mL?
- A4. No, the analyzer must analyze aqueous samples up to 4mL.
- Q5. Regarding item 10: Can the crucibles provided be not reusable?
- A5. No, the crucibles must be reusable.

B Modification to the RFP

Delete # **3 Sampler: 3.1** from the Mandatory Technical Requirements and replace with the following:

The analyzer must have an integrated sampler with a minimum of 90 positions.

Delete criteria **#7** from Part 2 Mandatory Evaluation Criteria and replace with the following:

7	The analyzer must have an integrated sampler with a minimum of 90 positions.
----------	---

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SOLICITATION
REMAIN THE SAME**