



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA

Manitoba

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Victory Building/Édifice Victory
Room 310/pièce 310
269 Main Street/269 rue Main
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3

Title - Sujet Mobile Wildlife Health Laboratory	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P455-210283/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 5P455-210283	Date 2022-06-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-213-11338	
File No. - N° de dossier WPG-1-44081 (213)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Central Standard Time CST on - le 2022-06-22 Heure Normale du Centre HNC	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: McArthur, Kristina	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg213
Telephone No. - N° de téléphone (204) 583-1337 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P455-210283/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P455-210283

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
WPG-1-44018

Buyer ID - Id de l'acheteur
wpg213
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

La présente **modification n° 001** est publiée pour modifier l'**invitation à soumissionner n° 5P455-210283**, comme suit :

Partie 1 : Révisions

Partie 2 : Questions et réponses

Partie 1 : Révisions

1. DATE DE CLÔTURE RÉVISÉE :

22 jun 2022, 14 h (HNC)

Partie 2 : Questions et réponses

Q1

Dans l'item 11 concernant l'électricité, demande-t-on au fournisseur de fournir une génératrice et/ou une alimentation de réserve/solaire? Est-ce que cette alimentation de réserve/solaire doit être utilisée comme alimentation de rechange pour le réfrigérateur et/ou le congélateur?

A1

La réponse est oui. Le fournisseur doit fournir la production d'électricité afin que le laboratoire puisse fonctionner de manière indépendante (c.-à-d. sans être branché sur l'alimentation de la rive). Et oui, cette alimentation de rechange devrait pouvoir alimenter toutes les composantes électriques du laboratoire, y compris le réfrigérateur, le congélateur, les lumières et le cabinet de sécurité biologique, la filtration de l'air, les pompes à l'eau, etc.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.