



National Defence

National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Défense nationale

Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

By e-mail to: - Par courriel au :
DLP53BidsReceiving.DAAT53Receptiondessoumissions@forces.gc.ca

Attention: - Attention :
Dong Le DLP 5-3-4-2

Title - Sujet Analyseur thermogravimétrique		Amendment No. - N° modif. 001
Solicitation No. N° de l'invitation W8476-246796/A	Date of Amendment Date de modification 2023 - 12 - 15	
Address enquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Dong Le E-Mail Address - Courriel Dong.le@forces.gc.ca		
Destination See herein - Voir aux présentes		

Instructions: Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item.

Instructions : Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément.

Delivery required Livraison exigée See herein - Voir aux présentes	Delivery offered Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print): La personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Name - Nom	Title - Titre
Signature	Date

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
At - à : 2:00 PM - 14:00
On - le : 2024-01-25
Time Zone - Fuseau Horaire : Eastern Standard Time (EST) Heure normale de l'Est (HNE)

LA PRÉSENTE MODIFICATION À L'INVITATION À SOUMISSIONNER VISE À :

1. Donner des précisions et à répondre des questions des fournisseurs éventuels.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1	Exigences obligatoires 3b) L'analyseur thermogravimétrique doit chauffer l'échantillon à 1200 °C. Est-ce que 1000°C serait acceptable ? Quel type d'échantillons nécessiterait plus de 1 000 °C pour le TGA ?
Réponse 1	Non, nous préférons avoir la capacité de chauffer jusqu'à 1 200 °C, car c'est notre capacité actuellement.

Question 2	Exigences obligatoires 3e) L'analyseur thermogravimétrique doit refroidir à la température ambiante à partir de 1200 °C en 25 minutes ou moins Un refroidissement à température ambiante à partir de 1 000 °C en 25 minutes ou moins serait-il acceptable ?
Réponse 2	Nous préférons 1200 °C

Question 3	Exigences obligatoires 3f) L'analyseur thermogravimétrique doit fournir un signal d'analyse thermique différentielle (ATD). Un système sans signal DTA serait-il acceptable ?
Réponse 3	Non, nous avons besoin d'un signal DTA

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.