



Accord commercial: Accord de libre-échange canadien (ALÉC).

Procédure d'appel d'offre : Invitation à soumissionner suivant les instructions de la AMA.

Stratégie d'approvisionnement concurrentiel : Contrat subséquent à la AMA sera offert au fournisseur répondant aux critères techniques obligatoires et aillant le prix le bas.

Entente sur les revendications territoriale globale : Non

Nature du besoin :

Équipement et Instrument de Laboratoire, AMA E60PV-19EQUI

Pour :

L'achat d'un (1) analyseur Microtox LX suivant les spécifications indiquées sur l'appel d'offres
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de services de l'Est

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent télécharger le document de sollicitation E60PV-19EQUI/C sur achatsetventes.gc.ca et soumettre une réponse selon les exigences de la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement.

Besoin :

Le Centre de recherche et de développement de Charlottetown, Agriculture et Agroalimentaire Canada, a un besoin pour faire l'acquisition d'un (1) analyseur Microtox LX:

Les critères techniques obligatoires sont : ATTENTION ANGLAIS

	Technical Specifications	Compliant	Supplier's Cross Reference to Technical Offer (indicate page #)	Supplier Comments:



Technical Specifications		Compliant	Supplier's Cross Reference to Technical Offer (indicate page #)	Supplier Comments:
4.1	Laboratory based in vitro acute toxicity analyzer using reconstituted vibrio fischeri bacteria for bioluminescent toxicity testing			
4.2	Temperature controlled photometer (15 +/- 0.5 C incubator block and 5.5 +/- 1 C reagent well) (or better)			
4.3	Capable of reading light output at a wavelength of 490+/- 100 nm (or better)			
4.4	ISO 13485 Certified			
4.5	Windows 10 compatible			
4.6	Include data storage			
4.7	Color Touch Screen Tablet operating system			
4.8	Connectivity with a minimum of 3 USB, WIFI and Bluetooth Enabled			
4.9	Includes keyboard, mouse and Stylus			
Design				
4.10	Automatic color correction for variations in water quality			
4.11	Ability to run custom protocols			
4.12	Approximate Dimensions 18" x 10" x 17"			
4.13	Weight approximately 20 Lbs			
4.14	Color digital display			
Electrical				
4.15	All components conform to applicable CSA/ULC standards for operation in Canada			
4.16	Power AC 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 watts			
Software				
4.17	Standard protocols for: basic toxicity test, comparison test, confirmation test, ISO 11348-3, ASTM D5660, and whole effluent testing			
O & M Manual				
4.18	Provide a complete set of Operator's parts and service manual(s) electronically in PDF format (English) and print			
Warranty				



Technical Specifications		Compliant	Supplier's Cross Reference to Technical Offer (indicate page #)	Supplier Comments:
4.19	Minimum 1 maximum 3 year warranty			

Le soumissionnaire répondant déjà titulaire d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui répond aux critères techniques obligatoires avec le prix global le plus bas sera recommandé pour l'attribution du contrat.